黄山市第三人民医院供应室医用煮沸机采购项目采购需求

一、技术参数配置要求

1.产品用途：适用于各种可以重复使用的器械、器具清洗后的煮沸消毒；

2、容积：≥80L；

★3、耗水量：≤60L；**（需提供证明资料）**

4、装载量：≥1 个器械篮框（540±20mmX390±20mmX140±20mm）；

5、加热方式：电加热，功率≤10kw，电压 380V；

6、消毒温度：80℃～93℃可调；

★7、流程控制：程序一键启动，自动完成进水、加热、消毒、排水整个流程，参数可编辑；**（需提供证明资料）**

8、控制方式：工业级单片机芯片；100-240VAC 宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；

★9、界面显示：≥128mm*64mm 点阵液晶显示屏；屏幕显示消毒 A0 值；具有报警信息显示功能；**（需提供证明资料）**

10、安全保护：具备水位低保护功能；进水超时保护功能；门电机过流保护功能；加热管干烧保护，产品中标后交付时查验；

11、材质：清洗舱≥2.0mm 厚 304 不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点；清洗架：不锈钢；外装饰罩：304 不锈钢拉丝板，产品中标后交付时查验；

★12、开门方式：自动开关门，篮筐可随门自动升降，设有防夹手报警；**（需提供证明资料）**

13、核心配件：进水电磁阀、计量泵均为进口品牌；

14、计量泵：≥1 个，自动添加润滑油；

15、循环泵：≥1 个，采用循环泵，循环加热方式，温度均匀性在±1℃以内；

16、排水泵：≥1 个，采用排水泵强力排水，排水迅速；

★17、使用寿命≥8 年，以全国消毒产品网上备案信息服务平台备案为准；**（需提供网页截图证明资料）**

18、外形尺寸（长 X 宽 X 高）：850±20mmX700±20mmX850±20mm；

★19、产品备案：提供所投型号产品国家药品监督管理局注册网页截图及全国消毒产品网上备案信息服务平台备案网页截图；**（需提供以上截图证明资料）**

★20、其他要求：投标人需提供所投品牌型号产品的原厂宣传彩页。**（需提供原厂宣传彩页证明资料）**

注明：

1、投标人须保证原厂正品供货，提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。如验收时发现提供的产品与响应文件不符，视同虚假响应将并上报监管部门，由此产生的责任与后果均由成交人承担。

2、标“★”项参数为实质性参数，必须全部满足，否则其投标无效；非标“★”项参数负偏离≤3项，否则按无效标处理；证明资料包括医疗器械注册证或医疗器械注册登记表或制造商的产品原厂彩页或产品技术白皮书或产品使用说明书或产品第三方检验报告。

二、商务要求

序号	内容	要求
1	**合同签订地点**	黄山市第三人民医院
2	**供货完成时限**	合同签订之日起 15 个工作日内完成供货安装调试，并通过验收。
3	**货物包装运输要求**	本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。
4	**货物质保期**	从项目验收通过之日起一年。
5	**货物售后服务**	1、在货物到达使用单位后，卖方应在 7 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用； 2、现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
6	**验收**	由采购单位组织验收小组进行验收。
7	**付款**	**付款人：**黄山市第三人民医院 **付款方式：**货物到采购人指定地点安装调试完毕并验收合格后，一次性付清货款。
8	**履约保证金**	**成交供应商在签订合同前应按照采购文件规定向采购人提交合同金额的 2.5%。** **开户名称：黄山市第三人民医院** **开户行：徽商银行黄山徽州支行** **账号：225005679411000002** **行号：319371000041** **成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。**